



Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

PROCEDIMENTO OPERACIONAL HCFAMEMA
TÍTULO: MONITORIZAÇÃO CARDÍACA

CÓDIGO: HCF-GE-PO-02

REVISÃO: 0

OBJETIVO:

Orientar o fluxo de Monitorização cardíaca, visando a mensuração e controle dos sinais vitais do paciente.

APLICAÇÃO:

Se aplica a todas as Unidades Assistenciais do HCI, HCII e HCIII.

RESPONSABILIDADE:

Equipe Médica e de Enfermagem.

ABREVIATURAS E SIGLAS:

Não se aplica.

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS

Materiais:

Monitor cardíaco com cabos, extensões e módulos;

Eletrodos auto-adesivos;

Tricotomizador se necessário;

Classif. documental

001.02.02.002



Assinado com senha por ALINE ANDRADE DA SILVA - 27/09/2022 às 12:50:18 e AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI - 27/09/2022 às 14:15:45.
Documento Nº: 51917933-6773 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=51917933-6773>



HCFAMEMANL202200158A

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

Álcool ou sabão pra higiene da pele.

Equipamentos:

Não se aplica.

Ferramentas:

Não se aplica.

CONCEITOS E FUNÇÕES:

Não se aplica.

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:

Explicar o procedimento ao paciente, se o mesmo estiver consciente, e ao acompanhante caso houver;

Manter o paciente deitado, retirar ou abrir a blusa;

Fazer a medição dos espaços intercostais, retirar os papéis adesivos dos eletrodos um por um e aderi-los à pele do paciente;

Caso tenha muitos pêlos, fazer tricotomia apenas do local onde será colocado;

Realizar a higiene da pele;

Conectar as extensões aos eletrodos preto, vermelho, amarelo, verde e azul, nos devidos locais;

Instalar o monitor em rede elétrica e ligá-lo afim de ver seu funcionamento;

Fazer anotações no prontuário do paciente;

Comunicar equipe médica responsável pelo paciente.

ORIENTAÇÕES GERAIS:

Seguir a cor dos eletrodos conforme o fabricante do Monitor. Existem monitores com 3 ou 5 derivações. Atentar as cores e posições de cada um.

Fazer a troca dos eletrodos caso soltem, ou após o banho do paciente.

REFERÊNCIAS:



Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

Não se aplica.

Elaborador: Daniela Tomie Kasama Miwa - Enfermeira Núcleo de Hemodinâmica

Marília, 27 de setembro de 2022.

Aline Andrade da Silva
Diretor Técnico de Saúde II
Gerência de Enfermagem

Amanda Scombate Deodato Luizetti
Diretor Técnico I
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

